Quality Control

Dilution	1	2	3	4	5	6	7
Concentration	$1x10^{-1}$	$1x10^{-2}$	$1x10^{-3}$	$1x10^{-4}$	$1x10^{-5}$	$1x10^{-6}$	$1x10^{-7}$
N° of copies	$1x10^{7}$	$1x10^{6}$	$1x10^{5}$	$1x10^{4}$	$1x10^{3}$	$1x10^{2}$	$1x10^{1}$

Target Name	Sample Name	Reporter	Ct values
Bacteroidetes (phylum)	**1**	**CY5**	**12,83**
	2	**CY5**	**15,24**
	3	**CY5**	**20,65**
	4	**CY5**	**23,28**
	5	**CY5**	**26,63**
	6	**CY5**	**29,16**
	7	**CY5**	**32,86**
	Negative Control	**CY5**	**Undetermined**



BioinGentech
Biotechnology





Certificate validated by:

BQ. Benjamín Catalán Soto - BQ. Rodrigo Iturra Barra

Quality Control Managers