Quality Control

Dilution	1	2	3	4	5	6	7	8
Concentration	$1x10^{-1}$	$1x10^{-2}$	$1x10^{-3}$	$1x10^{-4}$	$1x10^{-5}$	$1x10^{-6}$	$1x10^{-7}$	$1x10^{-8}$
N° of copies	$1x10^{8}$	$1x10^{7}$	$1x10^{6}$	$1x10^{5}$	$1x10^{4}$	$1x10^{3}$	$1x10^{2}$	$1x10^{1}$

Target Name	Sample Name	Reporter	Ct values
Bordetella parapertussis	1	FAM	14,64
	2	FAM	17,23
	3	FAM	20,86
	4	FAM	23,14
	5	FAM	27,80
	6	FAM	29,65
	7	FAM	33,17
	8	FAM	36,56
	Negative Control	FAM	Undetermined



BioinGentech
Biotechnology





Certificate validated by:

BQ. Benjamín Catalán Soto - BQ. Rodrigo Iturra Barra

Quality Control Managers